



DURAN MEDECH

Equipamentos Hospitalares e Engenharia Clínica

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EDITAL

PREGÃO ELETRONICO 004/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO 171/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA

DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no **CNPJ n. 37.122.230/0001-33**, com endereço à Rua 260, nº 239, Setor Coimbra, na cidade de Goiânia – GO, CEP: 74533-030, neste ato representada por sua sócia administradora. Vem perante a ilustríssima comissão permanente de licitação, apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO**, com fulcro na Lei nº 14.133/21 e demais e demais disposições legais aplicáveis, face motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

I - DOS FATOS

Trata-se de licitação, regida pela Lei Federal nº 14.133/21 e demais disposições legais aplicáveis, na modalidade Pregão Eletrônico, onde a Recorrida vem apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO**,

Em resumo do recurso em questão, a empresa **TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.** inscrita sob o CNPJ nº 05.780.395/0001-06 apresentou algumas discrepâncias fundamentais ao solicitado em instrumento convocatório, necessitando uma alteração da decisão feita pela administração pública. Tornando a mesma desclassificada.

Portanto, vale destacar que o primeiro apontamento a ser salientado é o **item 8.4**, do instrumento convocatório, onde trás os dizeres quanto as possibilidades de desclassificação. Como podemos ver abaixo.

“8.4. Será desclassificada a proposta que:

- a) contiver vícios insanáveis;*
- b) não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;*
- c) apresentar cotação de opção de produto (proposta alternativa);*
- d) apresentem cotação com quantitativos divergentes do Termo de Referência;*
- e) apresentar preços inexequíveis;*
- f) não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;*
- g) apresentar valores unitários e global acima dos valores constantes no Anexo I do Termo de Referência do Edital;*
- h) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde*

Tel.: (62) 9 9998-1212

duranmedech2022@gmail.com

Rua 260, nº 329 Qd. 04 Lt. 33E Setor Coimbra – Goiânia – GO

CNPJ: 37.122.230/0001-33 Inscrição Estadual: 10.796.014-1



DURAN MEDECH

Equipamentos Hospitalares e Engenharia Clínica

que insanável.”

Na alínea “**B**” do tópico acima, podemos ver que será motivo de desclassificação as propostas que não obedecerem às especificações técnicas solicitadas pela administração pública. E a empresa hora primeira coloca não acatou tal exigência.

No item de número 4 – Seladora, é solicitado que o equipamento seja “de mesa” e que possua sistema de corte em “ambas as direções”. Como podemos ver no print, retirado do termo de referência, do edital publicado.

4	SELADORA 40 CM <u>DE MESA</u> RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM <u>AMBAS AS DIREÇÕES.</u>	UND	17
---	--	-----	----

(Print retirado da página 23, do instrumento convocatório. Grifo nosso.)

A empresa TOP VIDA, apresentou em sua proposta equipamento totalmente divergente da solicitação feita pela administração pública. A mesma oferta seladora da marca “RBAIÃO” modelo “B3581”, como podemos ver abaixo.

4	SELADORA 40 CM DE MESA RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES.	UND	17	<u>RBAIAO / B3581</u>	R\$ 1.526,40	R\$ 25.948,80
---	--	-----	----	-----------------------	--------------	---------------

(Print retirado da proposta ofertada pela empresa TOP VIDA. Grifo nosso.)

E em busca feita por esta recorrente, foi contatado juntamente ao site da empresa portadora do equipamento (<https://www.rbaiao.com.br/seladora-hospitalar/>), que o mesmo é “seladora à pedal” e não de “mesa”, como solicitado em edital. Como pode ser evidenciado na imagem abaixo.

Tel.: (62) 9 9998-1212 duanmedech2022@gmail.com

Rua 260, nº 329 Qd. 04 Lt. 33E Setor Coimbra – Goiânia – GO

CNPJ: 37.122.230/0001-33 Inscrição Estadual: 10.796.014-1




DURANMEDECH

Equipamentos Hospitalares e Engenharia Clínica

grupo **BIAIÃO** Nossa Empresa Marcas ▾ Produtos ▾ Blog Contato **Loja**

Seladora de aquecimento constante após atingir temperatura no pré aquecimento, indicada para hospitais, consultórios médicos e odontológicos, clínicas:

- Sela embalagens grau cirúrgico.
- Estrutura em chapa de aço.
- Pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anticorrosivo.
- Mesa de apoio regulável, conforme o produto a ser embalada.
- Garantia: 12 meses.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓD	SELAGEM		DIMENSÃO DA MÁQUINA			PESO KG	TEMPORIZADOR	POTÊNCIA			CONTROLE DE TEMPERATURA
	LARG.	COMP.	LARG.	COMP.	ALT.			TENSÃO	CORRENTE	KW/H	
3581	13	400	320	420	940	7,5	NÃO	BIVOLT	2,5/2,4	0,31/0,52	SIM
3582	13	600	320	630	940	9,8	NÃO	BIVOLT	2,5/2,4	0,31/0,52	SIM

(Print retirado do site da empresa RBAIÃO. Grifo nosso.)

Ademais, o segundo ponto a ser acrescido quanto ao oferecimento de equipamentos errôneos. É o fato de que a empresa recorrida ofertou para o item 29 – APARELHO TENS E FES, equipamento da marca “IBRAMED” modelo “NEURODYN PORTABLE”.

29	APARELHO TENS E FES; 04 CANAIS TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA; TELA: DISPLAY GRÁFICO DE LCD AZUL; 32 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES; POTÊNCIA DE ENTRADA: 50/60HZ. FES: INTENSIDADE: 0 A 250 MA, FREQUÊNCIA: 0.5 A 250 HZ; PULSO: 50 A 500 US; RAMPAS: RISE (1-9S), ON (1-60S), DECAY (1-9S), OFF (1-60S); TIMER: 01 A 60 MIN. MODULAÇÃO EM TRENS DE PULSO - BURST: 7 PULSOS CORRESPONDENTES A CICLO ON DE 25 MSEG E CICLO OFF DE 475 MSEG (2 HZ). BIVOLT 100/220V; CANAIS DE SAÍDA: 2 SAÍDAS PARA 4 CANAIS INDEPENDENTES; DIMENSÕES: 27 X 26,6 X 12,5 (L X P X A CM); APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA	UND	3	<u>IBRAMED / NEURODYN PORTABLE</u>	R\$ 1.854,22	R\$ 5.562,66
----	---	-----	---	------------------------------------	--------------	--------------

(Print retirado da proposta ofertada pela empresa TOP VIDA. Grifo nosso.)

Tel.: (62) 9 9998-1212 duranmedech2022@gmail.com

Rua 260, nº 329 Qd. 04 Lt. 33E Setor Coimbra – Goiânia – GO

CNPJ: 37.122.230/0001-33 Inscrição Estadual: 10.796.014-1



DURAN MEDECH

Equipamentos Hospitalares e Engenharia Clínica

Porém, o equipamento ofertado é um equipamento que trabalha apenas com 2 canais, não atendendo o solicitado em edital, que seria de 4 canais. Em consulta feita junto ao manual de instruções ([file:///C:/Users/Pc/Downloads/Instru%C3%A7%C3%B5es%20de%20uso%20Neurodyn%20Portable%20System%2012ed_rev01_an%20\(1\).PDF](file:///C:/Users/Pc/Downloads/Instru%C3%A7%C3%B5es%20de%20uso%20Neurodyn%20Portable%20System%2012ed_rev01_an%20(1).PDF)) deste equipamento foi possível constatar tal fato, como podemos ver no print abaixo.

1.4 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Neurodyn Portable System é um estimulador neuromuscular transcutâneo de dois canais com controles independentes para os tratamentos com: **CORRENTE AUSSIE** (Corrente de Média Frequência Modulada em Burst); **CORRENTE RUSSA** (Corrente de Média Frequência modulada em Burst); **CORRENTE INTERFERENCIAL BIPOLAR** (Corrente de média frequência despolarizada com modulação senoidal); **TENS** (Estimulação Elétrica Transcutânea - Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), **FES** (Estimulação Elétrica Funcional - Functional Electrical Stimulation). Desenvolvido para utilização na área da reabilitação.

O NEURODYN PORTABLE TENS/FES é um estimulador neuromuscular transcutâneo de dois canais com controles independentes para os tratamentos com: **TENS** (Estimulação Elétrica Transcutânea - Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) e **FES** (Estimulação Elétrica Funcional - Functional Electrical Stimulation). Desenvolvido para utilização na área da reabilitação.

(Print retirado da página 7, do manual de instruções do equipamento. Grifo nosso.)

Outrossim, o terceiro ponto a ser destacado é que a empresa recorrida ofertou para item 30 – “ULTRASSON PARA FISIOTERAPIA; TELA LCD; MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO; FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ.” o modelo “SONOPULSE COMPACT” da marca “IBRAMED”. Entretanto a solicitação advinda do município não é atendida pois o modelo ofertado só possui a opção de 1MHZ ou 3 MHZ, como podemos ver abaixo.

Tel.: (62) 9 9998-1212 duranmedech2022@gmail.com

Rua 260, nº 329 Qd. 04 Lt. 33E Setor Coimbra – Goiânia – GO

CNPJ: 37.122.230/0001-33 Inscrição Estadual: 10.796.014-1



DURANMEDECH

Equipamentos Hospitalares e Engenharia Clínica

Fabricante Legal do Dispositivo Médico		<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LTDA - BRASIL- CNPJ / Código Único: 00.133.418/0001-77- Endereço: AV DR CARLOS BURGOS, 2800 JARDIM ITALIA 13901080
Classificação de Risco do Dispositivo Médico		II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico		16/06/2008
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico		VIGENTE
Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Sonopulse Portable_pt_1ed_Rev00_AN.pdf	0151588/24-4 - 07/02/2024 - 04:29
Modelo Produto Médico		
<u>Sonopulse Compact 1MHz</u>		
<u>Sonopulse Compact 3MHz</u>		
Sonopulse III 1MHz / 3MHz		

(Print retirado da página da Anvisa, referente ao registro do equipamento. Grifo nosso.)

Enquanto, o modelo que realmente atenderia a o item 30, seria o modelo Sonopulse III 1MHZ / 3MHZ.

Não obstante as alegações apontadas acima, temos que mencionar o fato de que a recorrida também não respeitou as alegações solicitadas no **item 14.1.1 e suas alíneas**. Como podemos ver abaixo.

14.1.1. Em uma via, impressa em papel timbrado da empresa licitante (exceto documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua, nela constando, obrigatoriamente.

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/fax, endereço eletrônico (e-mail) e pessoa de contato;

b) Preços unitários e global por item e preço global do lote ofertado;

c) Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

d) Prazo de validade de proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir da data de apresentação;

Tel.: (62) 9 9998-1212 duanmedech2022@gmail.com

Rua 260, nº 329 Qd. 04 Lt. 33E Setor Coimbra – Goiânia – GO

CNPJ: 37.122.230/0001-33 Inscrição Estadual: 10.796.014-1



DURAN MEDECH

Equipamentos Hospitalares e Engenharia Clínica

e) Descrição, marca e número do registro do produto, se houver. Essas informações deverão constar, obrigatoriamente, no campo “Descrição/Observações/Informações Adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita;

É impreterível a alínea “E”, onde diz que a proposta deve conter o Registro Anvisa do equipamento/produto, se houver. E na proposta apresentada pela empresa TOP VIDA. Existem vários equipamentos/produtos que possuem esse registro. Porém não é destacado em sua proposta o numero do registro do mesmo. Como podemos ver abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	E M B	QTDADE	MARCA	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	AMNIOSCÓPIO ESTERELIZADO COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO.	UND	2	ORTOFEX / RSP HOSPITALAR	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
2	AUTOCLAVE DIGITAL COM CAPACIDADE DE 12 LITROS; COMPRIMENTO DA CAMARA ACIMA DE 33CM; POTENCIA DE 1200W; APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA.	UND	7	DIGITALE	R\$ 4.762,50	R\$ 33.337,50
3	AUTOCLAVE DIGITAL COM CAPACIDADE DE 21 LITROS; COMPRIMENTO DA CAMARA ACIMA DE 45CM; POTENCIA 1600W; APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA	UND	7	DIGITALE	R\$ 5.936,00	R\$ 41.552,00
6	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL; SUPORTE COM RODÍZIOS; VÁLVULA DE SEGURANÇA; FRACO TERMOPLÁSTICO/ VIDRO; FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM.	UND	2	NEVONI / 1001VF-PE	R\$ 3.318,86	R\$ 6.637,72
7	BISTURI DE VOLATILIZAÇÃO CELULAR PÔR ALTA FREQUÊNCIA, MICRO PROCESSADO COM BIPOLAR PARA MICRO E MACRO COAGULAÇÕES ACOPLADAS, COM FREQUÊNCIA DE ATIVIDADE ELETROMAGNÉTICA DE 4,0 MHZ E POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 100 WATTS. 3 ANOS DE GARANTIA. BISTURI ELÉTRICO; FUNÇÃO BIPOLAR; POTÊNCIA ATÉ 100W; COM ALARMES.	UND	2	LOKTAL / WAVETRONIC 6000 TOUCH	R\$ 19.080,00	R\$ 38.160,00
8	TELA TOUCH SCREEN DE 4,3, INFUSÃO DE MEDICAÇÃO E DIETA ENTERAL E PARENTERAL. BOMBA DE INFUSÃO; COM KVO; ALARMES; PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO; BOLUS; EQUIPO UNIVERSAL; BATERIA	UND	6	CMOS DRAKE / YONAH	R\$ 5.040,00	R\$ 30.240,00
9	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO; CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTRUTURA E APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL; TIPO PEDESTAL; ALTURA REGULÁVEL.	UND	16	MARINI	R\$ 391,00	R\$ 6.256,00

(Print da página 2 da proposta de preços ofertada pela empresa, TOP VIDA. Grifo nosso.)

Como é evidente, a proposta ofertada pela recorrida não apresenta um padrão. Pois alguns itens apresentam marca e modelo, outros não apresentam modelo. E todos os itens elencados acima possuem registro no Ministério da Saúde (ANVISA). Mas o indiscutível é o fato de não constar o registro Anvisa, como solicitado na alínea “E” do item 14.1.1 do instrumento convocatório.

Ante a todos argumentos aqui apresentados, fica mais do que evidente o fato de que a empresa hora arrematante TOP VIDA. Deixou de atender vários pontos cruciais do instrumento convocatório, elaborado pela administração pública de São Sebastião do Passé – BA.

Tel.: (62) 9 9998-1212 duranmedech2022@gmail.com

Rua 260, nº 329 Qd. 04 Lt. 33E Setor Coimbra – Goiânia – GO

CNPJ: 37.122.230/0001-33 Inscrição Estadual: 10.796.014-1



DURAN MEDECH

Equipamentos Hospitalares e Engenharia Clínica

DOS PEDIDOS

Perante o exposto e comprovado, requer-se:

A desclassificação da empresa **TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 05.780.395/0001-06, pelas razões aqui expostas. Dando este recurso administrativo como procedente.

CNPJ: 37.122.230/0001-33
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA
RUA 260, Nº 329, QUADRA 04 LOTE 33-E
SETOR COIMBRA
GOIÂNIA - GO, CEP: 74.533-030

Goiânia, 25 de julho de 2024.

DURAN MEDECH
TECNOLOGIA MEDICA
LTDA:37122230000133

Assinado de forma digital
por DURAN MEDECH
TECNOLOGIA MEDICA
LTDA:37122230000133

DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA
CNPJ 37.122.230/0001-33
PAMALA URSULA DE SOUZA OLIVEIRA
CPF sob o nº 377.815.018-96
C.I nº 4704773 PC-GO

Tel.: (62) 9 9998-1212 duranmedech2022@gmail.com
Rua 260, nº 329 Qd. 04 Lt. 33E Setor Coimbra – Goiânia – GO
CNPJ: 37.122.230/0001-33 Inscrição Estadual: 10.796.014-1